

## EDTA 抗原修复液 (10X, PH8.0)

产品货号: AR0023

产品批号: 见外包装标签

产品规格: 100ml

保存条件: 4°C 保存, 一年有效。

产品简介:

博士德生产的 EDTA 抗原修复液(EDTA Antigen Retrieval Solution)是一种常用的抗原修复液, 可以用于石蜡切片、冰冻切片等样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。

细胞或组织用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后, 组织中的许多氨基酸残基形成醛键、羧甲键而封闭了部分抗原决定簇, 同时蛋白之间发生交联也使抗原决定簇隐蔽。导致免疫染色时染色信号减弱, 甚至出现一些假阳性染色结果。因此, 对于石蜡切片, 要求在进行 IHC 染色前, 先进行抗原修复, 即将固定时分子之间所形成的交联破坏, 恢复抗原的原有空间形态。EDTA 缓冲液是除柠檬酸缓冲液外另一种常用的 IHC 抗原修复液。有部分抗原用 EDTA 缓冲液修复效果好于柠檬酸缓冲液。特别是对于某些核抗原效果会更明显。

本抗原修复液采用了广泛使用的 EDTA, 可以有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联, 充分暴露石蜡切片等样品中的抗原表位, 从而大大改善免疫染色效果。

通常石蜡切片都需进行抗原修复处理, 而冰冻切片可以不进行抗原修复处理。抗原修复会大大改善石蜡切片的免疫染色效果, 但对于冰冻切片的染色效果很多文献资料表明也有显著改善。特别是当冰冻切片免疫染色效果欠佳时, 可以考虑尝试进行抗原修复。从原理上来看, 无论冰冻切片还是细胞爬片等, 只要是用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定的样品, 进行抗原修复都会有效去除蛋白之间

的交联，充分暴露抗原表位，从而大大改善免疫染色效果。

本产品特别适合用于石蜡切片，也可以用于冰冻切片等其它样品。

一个包装的本产品可以配制成 1000 毫升抗原修复液(1X)。按照每个片子需要 10 毫升抗原修复液(1X)计算，一个包装的本产品可以用于 100 个样品。

#### 注意事项：

1. 本抗原修复液使用前须用去离子水或双蒸水稀释 10 倍，配制成抗原修复液(1X)。
2. 请使用足量的修复液，修复过程中保证组织切片完全浸没在修复液中。
3. 根据你的切片具体情况选择修复时间，如组织粘片不牢，容易掉片，请酌情减少修复时间。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 使用说明：

##### 1. 对于石蜡切片：

①切片脱蜡至水。  
②3%H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 处理切片 10 分钟。  
③自来水冲洗，蒸馏水洗。  
④抗原修复：将切片浸泡在抗原修复液(1X)中，95-100℃加热约 15 分钟(加热时间可以控制在 10-20 分钟内，最佳的加热时间需根据不同的样品和目的蛋白自行摸索)。如果使用微波炉加热，需注意避免暴沸和过多的水分蒸发。随后大约在 20-30 分钟内冷却至室温。PBS 洗 3 次，随后按选好的免疫组织化学染色方法进行染色。随后即可进行封闭等后续的免疫染色步骤。

##### 2. 对于冰冻切片：

用免疫染色洗涤液洗涤切片 5 分钟。将切片浸泡在抗原修复液(1X)中，95-100℃加热约 15 分钟(加热时间可以控制在 10-20 分钟内，最佳的加热时间需根据不同的样品和目的蛋白自行摸索)。如果微波炉加热，需注意避免暴沸和过多的水分蒸发。随后大约在 20-30 分钟内冷却至室温。PBS 洗 3 次，随后按选好的免疫组织化学染色方法进行染色。

##### 3. 对于其它样品的抗原修复，可以参考石蜡切片或冰冻切片的步骤进行。