

SA1045-人 IgG

SABC- CY3 (POD) 免疫组化双显色试剂盒

产品编号: SA1045

产品规格: 1/5KIT、2/5KIT、1KIT

保存条件: 4℃可保存一年, 应避免冷冻。

试剂盒组份	体积	稀释比	用途	保存条件
正常兔血清封闭液	1ml/2ml/5ml	1:10	用于组织切片的封闭	4℃可保存一年，应避免冷冻。
生物素化兔抗人 IgG	0.1ml/0.2ml/0.5ml	1:100	生物素化兔抗人 IgG	
SABC-CY3	0.1ml/0.2ml/0.5ml	1:200-800	SABC-CY3 荧光染料	
SABC-POD	0.1ml/0.2ml/0.5ml	1:100	链霉亲和素-过氧化物酶复合物	
注：另有四个滴瓶供稀释试剂用。稀释试剂推荐用0.02M PBS。				

工作原理:

SABC 是专为免疫组化和其他免疫检测而设计的。链霉亲和素同亲和素一样, 对生物素分子有极高的亲和力, 是一般抗原抗体亲和力的一百万倍, 兼具高敏感性, 低背景和操作简便的优点。CY3 比传统上的荧光更具有亲水性, 因而不会因疏水性而引起非特异性吸附或聚合, 从而背景更低。而且其敏感性和稳定性都更好。CY3 在 554nm 激发, 在 568-574nm 发射荧光, 呈鲜红色。免疫组化双显色试剂盒采用 CY3+过氧化物酶 POD 标记的链酶亲和素 (SABC-CY3+POD), 用户根据实验需要, 可在同一张切片上用两套显示系统观。

实验客户需自备试剂:

1. 粘片剂 APES (AR0001) 或 POLY-L-LYSINE (AR0003)。
2. EDTA修复液 (AR0023)。
3. 0.02M PBS (pH7.2-7.6) 配法 (AR0030): 1000ml蒸馏水中加氯化钠9g, Na₂HPO₄·12H₂O 7g, NaH₂PO₄·2H₂O 0.5g。
4. 0.01M枸橼酸盐缓冲液 (AR0024): 1000ml蒸馏水中加枸橼酸三钠 (C₆H₅Na₃O₇·2H₂O) 3g, 枸橼酸(C₆H₈O₇·H₂O) 0.4g。
5. DAB 显色试剂盒 (AR1027)。

A.石蜡片热修复染色步骤:

1. 石蜡切片, 常规脱蜡至水。
2. 根据需求选择抗原修复方式及强度。可热修复、酶修复或不修复。
3. 热修复抗原: 将切片浸入到 EDTA 修复液中, 微波炉加热到沸腾后断电, 间隔 5-10min



再修复 1-2 次，冷却。

4. 滴加用稀释后的正常兔血清封闭液(稀释比 1:10)，37℃孵育 30min，甩干，勿洗。

5. 滴加适当稀释的一抗，37℃孵育 1-2 小时或 4℃过夜。PBS 冲洗，5min×3 次。

6. 滴加生物素化兔抗人 IgG，37℃孵育 30min。PBS 冲洗，5min×3 次。

7. 滴加 SABC-Cy3(参考效价 1:200-800)或 SABC-POD(参考效价 1:100)，37℃孵育 30min。PBS 冲洗，5min×3 次。

8. 水溶性封片剂封片。

9. 荧光显微镜观察。

B.石蜡片酶消化染色步骤：

将 A 程序的第 4 步：滴加酶消化液室温 5-10min。酶修复可选用复合修复液(AR0022)、胰蛋白酶(AR1007)、胃蛋白酶(AR1008)消化组织。蒸馏水洗 2min×3 次。

C.石蜡切片酶不消化/修复程序：

对于不需要微波修复或消化的抗原,省略 A 程序中的第 4 步即可。

D.细胞片的染色步骤：

1.爬片。圆形盖玻片经防脱片剂处理（Poly-L-Lysine），灭菌，备用。贴壁细胞消化后加入放有盖玻片的 24 孔板中培养 1-2 天，使细胞贴壁。悬浮细胞则处理后直接涂片，使细胞贴附。

2.固定。4℃预冷 4%多聚甲醛固定 20min 或冷丙酮固定 10min。蒸馏水洗 2min×3 次。

3. 3% H₂O₂ 去离子水室温孵育 5-10min，以消除内源性过氧化物酶活性。PBS(AR0030)冲洗，5min×3 次。

4.打孔。0.25% Triton X-100 处理细胞 15min。（若采用丙酮固定则此步骤可省略）

5.酶消化处理室温 5-10min。酶消化可选用复合修复液(AR0022)、胰蛋白酶(AR1007)、胃蛋白酶(AR1008)。蒸馏水洗 2min×3 次。

6.滴加用稀释后的正常兔血清封闭液(稀释比 1:10)，37℃孵育 30min，甩干，勿洗。

7.滴加适当稀释的一抗，37℃孵育 1-2 小时或 4℃过夜。PBS 冲洗，5min×3 次。

8.滴加生物素化兔抗人 IgG，37℃孵育 30min。PBS 冲洗，5min×3 次。

9.滴加 SABC-Cy3(参考效价 1:200-800)或 SABC-POD(参考效价 1:100)，37℃孵育 30min。PBS 冲洗，5min×3 次。

10.水溶性封片剂封片。

11.荧光显微镜观察。